



**UNIVERSITÀ
DI TRENTO**

Direzione
Pianificazione, Approvvigionamenti e Amministrazione

REGISTRO DEI CHIARIMENTI

Gara telematica n. 105050

Procedura aperta per fornitura di un Sistema di stabulazione centralizzato per zebrafish (Danio rerio) CIG 90029816F2

1° QUESITO

Data ricevimento: 12 gennaio 2022

Testo quesito:

Per il funzionamento del sistema centralizzato richiesto occorre l'utilizzo di acqua ad osmosi inversa. Tale fornitura, sarà messa direttamente a disposizione dal committente nella sede d'installazione?

Risposta:

La fornitura è a carico di UniTrento.

2° QUESITO

Data ricevimento: 12 gennaio 2022

Testo quesito:

Si chiede di confermare che la portata dei solai è di 500 kg/m² in tutto il locale oppure se in alcune zone, tipo a ridosso del perimetro tra i pilastri, le portate disponibili sono maggiori come normalmente si verifica. Se così fosse si potrebbe avere il dato effettivo di portata delle zone indicate?

Risposta:

La portata del solaio è pari a 500 kg/mq su tutta la superficie del solaio.

Il Responsabile del procedimento di gara

Dott. Alex Pellacani

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (art. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993)