

Direzione Pianificazione, Approvvigionamenti e Amministrazione

Divisione Gare Appalti e Acquisti

Ufficio Gare e Appalti

#### **REGISTRO CHIARIMENTI**

Procedura aperta per fornitura di un Sistema per il Sequenziamento Massivo e Parallelo (SMP) e relativi consumabili. Gara telematica n. 82821

Gara telematica n. 82821 CIG 7961588E3F - CUP C67F18000010004

# 1° QUESITO

Data ricevimento: 29 luglio 2019

### Testo quesito:

Con riferimento alla procedura di cui in esame, siamo a segnalare che per ragioni tecniche non è stato possibile caricare sul sistema la richiesta di chiarimenti che si riporta sui sotto.

In relazione ai punti 2 e 3 del capitolato prestazionale si segnala che per le verifiche di funzionalità e conformità dello strumento, "... omissis..." potrà dimostrare il pieno rispetto delle specifiche tecniche dichiarate in gara tramite l'apposito test "...omissis..." Il test menzionato assicura la possibilità di misurare nella maniera più accurata possibile la buona riuscita della corsa. Una diversa libreria non potrebbe offrire dati accurati per verificarne le funzionalità posto che sarebbero presenti numerose variabili non a conoscenza del produttore per prevedere la buona riuscita del test. Si prega di confermare che nel caso specifico non sarà necessario effettuare la verifica di conformità su libreria fornita dall'utilizzatore.

# Risposta:

Premesso che tutte le richieste di chiarimento devono essere poste tramite Sistema, come previsto al punto 2.2 del Disciplinare di gara, si riscontra il presente quesito presentato via PEC in quanto la vostra società ha segnalato la sussistenza di ragioni tecniche per le quali non è stato possibile caricare sul sistema la richiesta di chiarimento. Si evidenza l'importanza di una tempestiva segnalazione di tutti i problemi tecnici al gestore del Sistema (vedi punto del Disciplinare di gara) e alla scrivente.

I test di funzionalità e la verifica di conformità dell'apparecchiatura (punti 2 e 3 del capitolato prestazionale) potranno essere effettuati tramite il sequenziamento di una libreria standard scelta dall'Appaltatore, come descritto nel quesito.

L'eventuale verifica ulteriore, su libreria fornita da UniTrento, è considerata una facoltà e non un obbligo (nel testo del punto 3 è riportato "qualora necessario"). UniTrento si riserva di avvalersi di questa facoltà nel caso dovessero esserci ancora delle incertezze rispetto al soddisfacimento dei requisiti minimi ed eventuali caratteristiche migliorative.

# La Responsabile del procedimento di gara

dott.ssa Elisabetta Endrici

Documento firmato digitalmente (ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa)