

**REGISTRO DEI CHIARIMENTI**

**Procedura aperta per la fornitura di un Microscopio confocale rovesciato Gara telematica n. 76984 CIG 77502550C1 - CUP C67F18000010004**

**1° QUESITO**

Data ricevimento: 28 gennaio 2019

**Testo quesito:****1° quesito:**

In relazione all'offerta tecnica chiediamo conferma da parte Vostra che l'unica documentazione richiesta, che verrà ritenuta valida per l'attribuzione del punteggio tecnico, nonché per la valutazione delle caratteristiche di minima è il “Modello offerta tecnica - Allegato 4”.

**Risposta:**

Si conferma che l'unico documento che i concorrenti dovranno presentare nell'“Allegato tecnico” è il Modello offerta tecnica - Allegato 4.

Si evidenzia che, come espressamente previsto al punto 23 del Disciplinare di gara, la documentazione tecnica per la verifica dei requisiti minimi sarà richiesta successivamente al Concorrente che avrà presentato la migliore Offerta.

**2° QUESITO**

Data ricevimento: 28 gennaio 2019

**Testo quesito:****2° quesito:**

Si chiede cortesemente a codesta stazione appaltante, quali metodiche intenda portare avanti che necessitino di un encoder di tipo lineare, che non possano invece essere soddisfatte da encoder di altro tipo es. rotativo con la stessa o migliore risoluzione;

La presente al fine di poter proporre la migliore soluzione, nel vostro maggiore interesse, in conformità con le esigenze degli utilizzatori ed in ossequio alle disposizioni indicate dal legislatore e dalla Giurisprudenza consolidata che collocano alla conformità formale, la conformità sostanziale nella misura in cui dette specifiche tecniche vengano comunque soddisfatte, appurando se negli elementi che connotano l'offerta tecnica si ravvisi anche una conformità di



tipo funzionale alle specifiche tecniche, senza che quindi si faccia luogo ad un criterio di inderogabile corrispondenza a dette specifiche. (Consiglio di Stato Sez.III 3/12/2015 n. 5494)

**Risposta:**

Un encoder di altra tipologia viene considerato equiparato a uno di tipo lineare se in grado di fornire la medesima risoluzione richiesta nel paragrafo 1.1. Caratteristiche tecniche del Microscopio Confocale Rovesciato (pag. 5/10 del documenti Allegato 1 – Capitolato Prestazionale REV.1) o migliorarla.

Pertanto il seguente punto del paragrafo 1.1. Caratteristiche tecniche del microscopio confocale rovesciato

- Tavolino motorizzato X,Y con *encoder* ottico lineare con passo minimo di 100 nm fornito di *joystick* di controllo e completo di adattatori per Petri, piastre e vetrini;

**è sostituito integralmente dal seguente**

- Tavolino motorizzato X,Y con *encoder* con risoluzione  $\leq 100$  nm, fornito di *joystick* di controllo e completo di adattatori per Petri, piastre e vetrini;

La Responsabile del procedimento di gara  
dott.ssa Elisabetta Endrici

Documento firmato digitalmente  
(ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa)