



II RETTIFICA AL CAPITOLATO PRESTAZIONALE

Gara d'appalto a procedura aperta per la fornitura di un microscopio confocale
rovesciato per il Dipartimento CIBIO
CIG 77502550C1 - CUP C67F18000010004

Il seguente testo del punto STATIVO del paragrafo 1.1. Caratteristiche tecniche del
microscopio confocale rovesciato

- Tavolino motorizzato X,Y con *encoder* ottico lineare con passo minimo di 100 nm fornito di *joystick* di controllo e completo di adattatori per Petri, piastre e vetrini;

è sostituito integralmente dal seguente:

- Tavolino motorizzato X,Y con *encoder* con risoluzione ≤ 100 nm, fornito di *joystick* di controllo e completo di adattatori per Petri, piastre e vetrini.

La Responsabile del procedimento di gara

dott.ssa Elisabetta Endrici