



**Direzione Pianificazione Approvvigionamenti e
Amministrazione
Servizi Amministrativi – Contabili Polo Collina**

Spett.le
DITTA
Vs. Sede

PROT. 16453_P

Trento, 17 maggio 2019

**OGGETTO: AVVISO INDAGINE DI MERCATO - ACQUISTO DI UN
CONTROLORE PER ATTUATORI SERVOIDRAULICI PRESSO IL LABORATORIO
PROVE MATERIALI DEL DICAM. CIG 789698917B.
RISPOSTA A RICHIESTA CHIARIMENTI N. 1.**

In relazione all'indagine di mercato in oggetto e alla richiesta di chiarimenti pervenuta in data 15 maggio 2019 da una ditta interessata a partecipare alla fornitura (prot. UNITN n.16075), sentiti i tecnici del DICAM preposti a tale acquisto, si precisa quanto segue, dopo aver riportato il testo integrale della richiesta:

Quesito: Relativamente ai Requisiti minimi richiesti, al punto 11 si legge: "La taratura ufficiale ACCREDIA dell'intera catena di misura, che includa i condizionatori interni al controllore, e dei trasduttori di carico e spostamento a bordo degli attuatori". Chiediamo a codesta amministrazione di specificare quantità e tipologia degli attuatori per i quali è richiesta la taratura.

Risposta: Si chiede la taratura sia delle celle di carico che dei trasduttori di spostamento degli attuatori specificati in tabella, al limite della capacità dell'attuatore (1000 kN).

Il Laboratorio installerà gli attuatori in un telaio metallico di reazione, installando lo snodo superiore e rimuovendo l'inferiore. Il Laboratorio di taratura avvierà la cella di taratura allo stelo dell'attuatore e collegherà la medesima mediante piastrame metallico a terra.



**Direzione Pianificazione Approvvigionamenti e
Amministrazione
Servizi Amministrativi – Contabili Polo Collina**

Se necessario il Laboratorio di taratura farà uso di strumenti di riferimento di diversa capacità o corsa.

Attuatore	Modello	Capacità cella di carico	Numero seriale cella	Modello cella	Corsa nominale del trasduttore di spostamento	Trasduttore di spostamento tipo
MOOG	L085-759	900 kN	256901 A	Interface 1132AF	500 mm	Digitale Tenmposonic Tipo R
MTS	243.60	+650/-1000 kN	LC0199774	MTS	500 mm	Induttivo

Distinti saluti.

Il Responsabile dei Servizi Amministrativo
Contabili – Polo di Collina
Dott. Paolo dal Piaz